

# Tagging vejledning - Transportabel Pasientmonitor, X3

## Beskrivelse:

Transportabel Pasientmonitor, X3

Tag monteres oppå utstyr. Merket er lesbart når udstyret bæres i håndtaket.  
Husk å rengjøre / desinfisere før montering

## RFID tag:

Carrier Tough II M4QT ETSI

Confidex



On/Off metal, ambient temperature up to +85C - IP68

Læses bedst vinkelret på front.

Ikke egnet til emner / placering som udsættes for fysisk stress.

## RFID Tag - Udvælgelses kriterier:

### Montering

Plastik

Ja

Monteres på håndholdt udstyr

Ja

## RFID Tag - Test resultat:

Tagging Test Rapport

| Tagging skala               |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| OK                          | <div><div></div></div> |
| Med be-<br>græns-<br>ninger | <div><div></div></div> |
|                             | <div><div></div></div> |
|                             | <div><div></div></div> |
| Meget<br>begrænset          | <div><div></div></div> |

| Antenne resultat |                        |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Test             | Antenne 1              | Antenne 2              | Antenne 3              |
| 1                | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
| 2                | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
| 3                | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |
| 4                | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div></div> |

Godkend test

Note:

Note:

## Billeder:



## Tagging vejledning - Transportabel Pasientmonitor, X3

### Billeder:

