

Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

Dokument historikk

Dato	Beskrivelse	Signatur / HF
17.04.2023	Første versjon, test på MTA Radiumhospitalet	OUS

Denne veileder gjelder for MTU-type:

Utstyrsgruppe	Sirkelsystem, anesthesiapparat
Fabrikat	Dräger
Modell / handelsnavn	MK08740-02
NKKN-kode 14422-	14422-28486

Kriterier for valg av RFID-tag

Egenskap	Relevans ja/nei
Utstyrflate plast	Ja
Utstyrflate metall	Nei
Fysisk størrelse eller form på utstyr	Nei
Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering	Ja
Behov for flere tagger på utstyret	Nei

Testede RFID-tag typer

Fabrikat	Type/betegnelse	Anbefaling / kommentar	Bilde av tag
Xerafy Micro X - Autoclave		Må festes med dobbelsidig tape som tåler autoklaving	

Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

Bilder av tag-plassering på utstyr

