

# Veileder for valg og påføring av passiv RFID-tag på MTU

## Dokument historikk

| Dato       | Beskrivelse                                     | Signatur / HF |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 17.04.2023 | Første versjon, test på MTA<br>Radiumhospitalet | OUS           |

## Denne veileder gjelder for MTU-type:

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Utstyrsgruppe        | Sirkelsystem, anesthesiapparat, sirkulator |
| Fabrikat             | Dräger                                     |
| Modell / handelsnavn | MK06570-08 Pasientsystem Perseus, toppdel  |
| NKKN-kode            | 14422-28474                                |

## Kriterier for valg av RFID-tag

| Egenskap                                       | Relevans ja/nei |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Utstyrflate plast                              | Ja              |
| Utstyrflate metall                             | Nei             |
| Fysisk størrelse eller form på utstyr          | Nei             |
| Må tåle høye krav til rengjøring/sterilisering | Ja              |
| Behov for flere tagger på utstyret             | Nei             |

## Testede RFID-tag typer

| Fabrikat                          | Type/betegnelse | Anbefaling / kommentar                                                                                                | Bilde av tag                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Xerafy</b> Micro X - Autoclave |                 | Må festes med dobbeltsidig tape som tåler autoklaving. Pass på å plassere tag riktig slik at lokket passer (se bilde) |  |
|                                   |                 |                                                                                                                       |                                                                                       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## Testresultater

Beskrivelse og/eller utskrift fra testverktøy

|  |
|--|
|  |
|--|

## Bilder av tag-plassering på utstyr





Bildet viser hvor taggen må tilpasses slik at den ikke kommer i konflikt med lokket.